

「地域保健課 第 31019-1 号 高速液体クロマトグラフ質量分析装置」に関する質疑回答

質問	回答
<p>仕様書の 4 付属品 (1) アにおいて「OS は Windows10 日本語版とし、Microsoft Office Professional 2016 以降のバージョンをインストールすること。」とありますが、制御と解析用のパソコンは別々で制御用のパソコン OS は英語版となり、解析用 PC の OS は日本語版となります。仕様書では制御用と解析用どちらも日本語版と読み取れる記載がされているので、制御用のパソコン OS は英語版で仕様を満たしているのかを確認させて下さい。</p>	<p>制御用のパソコン OS は英語版とします。</p>